

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 1a do SIWZ

Lp.	Wymagane parametry i warunki	Parametr wymagany	Uwagi
1	2	3	4
1	Wydajność ozonu/przepływ ozonu/moc	32g/h / 421m ³ /h ; moc regulowana w zakresie 7g/h lub 32g/h	
2	Kubatura pomieszczeń	900m ³	
3	technologia O ₃	wyładowania koronowe	
4	gaz zasilający	otaczające powietrze	
5	czujnik temperatury układu WN i elektrod, zabezpieczenia	higrometr/termometr wbudowany w panel przedni, zabezpieczenie w postaci klucza przeciw nieautoryzowanemu włączeniu zabezpieczenie przeciwzwarceniowe i przeciwporażeniowe	
6	pobór prądu	≤480W,	
7	napięcie zasilające	230V AC, 50Hz	
8	waga/wymiary	Max.7 kg/400/250/200 mm	
9	wyłącznik czasowy/czas pracy	Programowanie czasu pracy od 1min – 9h, sygnalizacja końca pracy sygnałem świetlnym i dźwiękowym, licznik motogodzin/bez limitu	
10	cykle pracy/sterowanie	Program cykliczny (praca, pauza, cykle) / sterowanie mikroprocesorowe	
11	obudowa	stal nierdzewna, stal malowana proszkowo, aluminium	
12	budowa	wysokiej wydajności przetwornice wysokiego napięcia chłodzone powietrzem i wentylowane elementy emitujące wyładowania koronowe.	
13	akcesoria	króciec wylotowy 120mm do założenia rękawa/rury w przypadku przesyłania ozonu w inne miejsce, instrukcja PL, kabel zasilający	
14	Zakres temperatury pracy/zakres wilgotności pracy	Od -5* C do +40* C / do 70% przy 30*C (bez kondensacji pary wodnej)	
15	Dodatkowe funkcje	Możliwość przesyłania ozony w inne miejsce	
16	Oznaczenie CE	CE – wyprodukowane i przebadane w Polsce	
17	urządzenie zaprojektowane, wyprodukowane, przebadane i wprowadzone na rynek zgodnie z dyrektywami	Dyrektywa / Directive LVD 2006/95/WE Dyrektywa / Directive EMC 2004/108/WE.	
18	serwis	TAK	
19	Koszt eksploatacji	minimalny	
20	gwarancja	min. 24 m-ce	
21	Ilość sztuk	4	

1. Oferowany sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania prawne dotyczące dopuszczenia do obrotu na rynku unijnym, posiadać wszelkie niezbędne atesty i świadectwa rejestracji dotyczące przedmiotu zamówienia objętego niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
2. Urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia muszą posiadać znak CE, zgodnie z art. 8 ustawy z 30 sierpnia 2002r. system oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.).
3. Sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia nie może wywierać wpływu na działanie innych urządzeń, szczególnie służących udzielaniu świadczeń zdrowotnych.