

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**
**Załącznik nr 1 do SIWZ**

| Lp. | Wymagane parametry i warunki                                                                      | Parametr wymagany                                                                                                                                                                | Uwagi |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1   | 2                                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                | 4     |
| 1   | Wydajność ozonu/przepływ ozonu/moc                                                                | 64g/h / 421m <sup>3</sup> /h ; moc regulowana w zakresie 1400mg/h lub 64000mg/h                                                                                                  |       |
| 2   | Kubatura pomieszczeń                                                                              | 1800m <sup>3</sup>                                                                                                                                                               |       |
| 3   | technologia O <sub>3</sub>                                                                        | wyładowania koronowe                                                                                                                                                             |       |
| 4   | gaz zasilający                                                                                    | otaczające powietrze                                                                                                                                                             |       |
| 5   | czujnik temperatury układu WN i elektrod, zabezpieczenia                                          | higrometr/termometr wbudowany w panel przedni, zabezpieczenie w postaci klucza przeciw nieautoryzowanemu włączeniu<br><br>zabezpieczenie przeciwzwarceniowe i przeciwporażeniowe |       |
| 6   | pobór prądu                                                                                       | ≤580W,                                                                                                                                                                           |       |
| 7   | napięcie zasilające                                                                               | 230V AC, 50Hz                                                                                                                                                                    |       |
| 8   | waga/wymiary                                                                                      | Max.8,5 kg/470/250/250 mm                                                                                                                                                        |       |
| 9   | wyłącznik czasowy/czas pracy                                                                      | Programowanie czasu pracy od 1min – 9h,<br><br>sygnalizacja końca pracy sygnałem świetlnym i dźwiękowym, licznik motogodzin/bez limitu                                           |       |
| 10  | cykle pracy                                                                                       | Program cykliczny (praca, pauza, cykle)                                                                                                                                          |       |
| 11  | obudowa                                                                                           | stal nierdzewna, stal malowana proszkowo, aluminium                                                                                                                              |       |
| 12  | budowa                                                                                            | wodoodporne elektrody ozonowe z siatki srebrzankowej z radiatorem, elektrody odporne na uderzenia i transport                                                                    |       |
| 13  | akcesoria                                                                                         | króciec wylotowy 120mm do założenia rękawa/rury w przypadku przesyłania ozonu w inne miejsce, instrukcja PL, kabel zasilający                                                    |       |
| 14  | Zakres temperatury pracy/zakres wilgotności pracy                                                 | Od -5*°C do +40*°C / do 70% przy 30*°C (bez kondensacji pary wodnej)                                                                                                             |       |
| 15  | Dodatkowe funkcje                                                                                 | Funkcja wyciągu ozonu z pomieszczeń                                                                                                                                              |       |
| 16  | Oznaczenie CE                                                                                     | CE – wyprodukowane i przebadane w Polsce                                                                                                                                         |       |
| 17  | urządzenie zaprojektowane, wyprodukowane, przebadane i wprowadzone na rynek zgodnie z dyrektywami | Dyrektywa / Directive LVD 2006/95/WE<br>Dyrektywa / Directive EMC 2004/108/WE.                                                                                                   |       |
| 18  | serwis                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                              |       |
| 19  | Koszt eksploatacji                                                                                | minimalny                                                                                                                                                                        |       |
| 20  | gwarancja                                                                                         | min. 24 m-ce                                                                                                                                                                     |       |
| 21  | Ilość sztuk                                                                                       | 6                                                                                                                                                                                |       |

1. Oferowany sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania prawne dotyczące dopuszczenia do obrotu na rynku unijnym, posiadać wszelkie niezbędne atesty i świadectwa rejestracji dotyczące przedmiotu zamówienia objętego niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
2. Urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia muszą posiadać znak CE, zgodnie z art. 8 ustawy z 30 sierpnia 2002r. system oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.).
3. Sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia nie może wywierać wpływu na działanie innych urządzeń, szczególnie służących udzielaniu świadczeń zdrowotnych.