

Ogłoszenie nr 2021-12451-80734

Dostawa aparatury i wyposażenia do Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie.

Lista opublikowanych pytań i odpowiedzi

Liczba wyników: 1

Pytanie numer 1, data wysłania 2021-11-26

Przedstawiony przez Państwa Opis Techniczny Urządzeń jednoznacznie wskazuje na sprzęt 1 Producenta. Powołując się na zasadę uczciwej konkurencyjności zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do postępowania Sprzętu o równoważnych / lepszych parametrach.

Część 1 Defibrylator

Pkt 17.

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści wysokiej klasy Defibrylator bez wskaźnik impedancji kontaktu elektrod z ciałem pacjenta ?

Defibrylator sam analizuje impedancję kontaktu elektrod z ciałem pacjenta pozwalając na wykonanie wyładowania bez konieczności ingerencji operatora. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi AHA/ERC z 2015 r. podczas przebiegu RKO funkcja ta nie ma żadnego zastosowania.

Pkt 20.

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści wysokiej klasy Defibrylator z pomiarem częstości akcji serca w zakresie: od 1 do 300 uderzeń /min ?

Górny zakres wartości jest nieosiągalny przez serce człowieka.

Pkt. 24 ,25

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy Defibrylator z terapią stymulacji niskoprądowej w zakresie ? :

- Częstość stymulacji w zakresie 30-180 imp/min
- Szerokość impulsu stymulatora 40 msek.
- Prąd stymulacji regulowany w zakresie 0-140 mA

Opisane Parametry są wystarczające do przeprowadzenia wszystkich procedur medycznych związanych ze stymulacją niskoprądową.

Pkt 37.

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy Defibrylator z ładowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemności w czasie do 5 godzin ?

Pkt 46 – 57.

Czy Zamawiający wymaga aby stół na którym ma być umieszczony Defibrylator był wyposażony w funkcję szybkiego wypinania urządzenia ?

Funkcja ta pozwala w bezpieczny sposób transportować Defibrylator przez personel (Urządzenie przymocowane jest do stoika) ale też w razie konieczności szybkie zdjęcie go ze stoika i dowolne usytuowanie. Opisany przez Państwa stół nie jest przeznaczony do współpracy z Defibrylatorem.

Nie udzielono odpowiedzi
