



DOA.272.3.27.2021

Węgorzewo 26 listopada 2021 r.

Odpowiedzi na pytania do

ZAPYTANIA OFERTOWEGO

„Zakup i dostawa defibrylatora i aparatu EKG”

Zamawiający:

Szpital Psychiatryczny
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Węgorzewie,
ul. Gen. J. Bema 24, 11-600 Węgorzewo,
tel. (87) 427 27 66, fax (87) 427 27 85
e-mail: spspzozw@wp.pl

Część nr 2

Defibrylator

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Punkt 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny defibrylator o przekątnej ekranu kolorowego 6,5 ‘‘?

Odpowiedź: Nie, nie dopuści. Wymagania zgodnie z Zestawieniem parametrów.

Punkt 8

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny defibrylator o czasie ładowania do energii maksymalnej 200J max. 5 sekund?

Odpowiedź: Nie, nie dopuści. Wymagania zgodnie z Zestawieniem parametrów.

Punkt 11

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny defibrylator o energii defibrylacji w trybie AED min. od 100 do 360 J? Energia poniżej 100J nie jest klinicznie uzasadniona i nie jest używana w trybie AED.

Odpowiedź: Tak, dopuści.

Punkt 12

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny defibrylator o energii defibrylacji w trybie AED - programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji z energią od 100 do 360J?

Energia poniżej 100J nie jest klinicznie uzasadniona i nie jest używana w trybie AED, a wymóg ten uniemożliwia złożenie oferty konkurencyjnej.

Odpowiedź: Tak, dopuści.

Punkt 16

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny defibrylator z funkcją ładowania i wstrząsu na łyżkach defibrylacyjnych?

Odpowiedź: Nie, nie dopuści. Wymagania zgodnie z Zestawieniem parametrów.

Punkt 25

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny defibrylator z funkcją stymulacji nieinwazyjnej w zakresie min. od 40 do 170 imp/min?

Odpowiedź: Tak, dopuści.

Punkt 36

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny defibrylator bez możliwości rozbudowy o czujnik monitorowania jakości uciśnięć z wyświetlaniem krzywej głębokości uciśnięć na ekranie?

Odpowiedź: Nie, nie dopuści. Wymagania zgodnie z Zestawieniem parametrów. .

Punkt 28

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny defibrylator wyposażony w pomiar nieinwazyjnego ciśnienia krwi (NIBP):

metoda pomiaru oscylometryczna, zakres pomiaru od 10-270 mmHg, pomiar ręczny i automatyczny?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza.

Punkt 40

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny defibrylator o czasie pracy na bateriach dla urządzenia min. 6 godzin ciągłego monitorowania?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza, nie wymaga..

Punkt 42

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny defibrylator z możliwością wykonania min. 210 defibrylacji z energią maksymalną 360J na w pełni naładowanych akumulatorach?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza, nie wymaga.

Punkt 46

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny defibrylator wyposażony w dedykowany stolik pod aparaturę medyczną wyposażony w (od góry): 1x szuflada, 1xblat, 1xszuflada?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza.

Punkt 57

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny defibrylator spełniający formalne wymogi dotyczące: deklaracja zgodności CE, wpisu lub zgłoszenia do URW MiPB oraz wymagane prawem unijnym normy jak: IEC 60601-1, IEC 60601-2-27, ISO 80601-2-55, IEC 80601-2-30, IEC 60601-2-49, EN 60601-1-8, IEC 60601-2-34?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza, nie wymaga.

**Dyrektor
Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ
w Węgorzewie**

Agnieszka Szalko