



SZPITAL PSYCHIATRYCZNY
W WĘGORZEWIE

DOA.272.3.27.2021

Węgorzewo 26 listopada 2021 r.

SZPITAL PSYCHIATRYCZNY
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
11-600 Węgorzewo, ul. J. Bema 24
tel. (87) 427 27 66
NIP 845-11-47-643 REGON 790240956

**Odpowiedzi na pytania do
ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

„Zakup i dostawa defibrylatora i aparatu EKG”

Zamawiający:

Szpital Psychiatryczny
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Węgorzewie,
ul. Gen. J. Bema 24, 11-600 Węgorzewo,
tel. (87) 427 27 66, fax (87) 427 27 85
e-mail: spspzozw@wp.pl

Pakiet 2 Defibrylator

Pkt 17.

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści wysokiej klasy Defibrylator bez wskaźnik impedancji kontaktu elektrod z ciałem pacjenta ?

Zgodnie z aktualnymi wytycznymi AHA/ERC z 2015 r. podczas przebiegu RKO funkcja ta nie ma żadnego zastosowania.

Odpowiedź: Tak, dopuści.

Pkt. 24 ,25

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy Defibrylator z terapią stymulacji niskoprądowej w zakresie?

- Częstość stymulacji w zakresie 30-180 imp/min
- Szerokość impulsu stymulatora 40 msek.
- Prąd stymulacji regulowany w zakresie 0-140 mA

Opisane Parametry są wystarczające do przeprowadzenia wszystkich procedur medycznych związanych ze stymulacją niskoprądową.

Odpowiedź: Dopusci, nie wymaga.

Pkt 37.

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy Defibrylator z ładowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemności w czasie do 5 godzin ?

Odpowiedź: Tak, dopuści.


Pkt 46 – 57.

Czy Zamawiający wymaga aby stół na którym ma być umieszczony Defibrylator był wyposażony w funkcję szybkiego wypinania urządzenia ?

Funkcja ta pozwala w bezpieczny sposób transportować Defibrylator przez personel (Urządzenie przymocowane jest do stołka) ale też w razie konieczności szybkie zdjęcie go ze stołka i dowolne usytuowanie.

Odpowiedź: Dopusci, nie wymaga.

**Dyrektor
Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ
w Węgorzewie**


Agnieszka Szalko